

成武县紧密型医共体各分院检验设备及配套服务项目
竞争性磋商文件

项目编号：SDGP371723000202402000076

采 购 人：成武县人民医院总医院

采购代理机构：法正项目管理集团有限公司

日 期：2024 年 08 月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	2
第二章 供应商须知	5
第三章 评分办法（综合评分法）	22
第四章 采购内容、设备清单及技术参数	24
第五章 合同条款及格式	29
第六章 响应文件格式	35

第一章 竞争性磋商公告

项目概况：

成武县紧密型医共体各分院检验设备及配套服务项目的潜在投标人应在菏泽市公共资源交易网（<http://hzsjyzzx.cn/>）本项目采购公告页面免费获取招标文件，并于 2024-09-09 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、采购项目基本情况

采购项目编号（建议书编号）：SDGP371723000202402000076

采购项目名称：成武县紧密型医共体各分院检验设备及配套服务项目

预算金额与最高限价：本项目预算金额为 1800000.00 元，其中：第一包 1800000 元。

最高限价：180 万元

采购需求：成武县人民医院总医院紧密型医共体（区域检验中心）各基层医疗卫生机构检验设备采购及配套服务，详见竞争性磋商文件。

合同履行期限：详见竞争性磋商文件。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：执行落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同微型企业）等政策；

3. 本项目的特定资格要求：

①供应商须满足政府采购法第二十二条规定，具备合法有效的营业执照，且有履行合同所必需的设备和专业技术能力及提供优质售后服务的能力；

②供应商应按照《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第 8 号）的规定提供有效的医疗器械产品经营许可证或经营备案凭证（如需）（科研设备除外）；供应商为医疗器械制造商的，还需提供医疗器械生产许可证（科研设备除外）；（经营范围包括 6840 临床检验分析仪器及体外诊断试剂、6841 医用化验和基础设备器具）；供应商还应按照《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第 4 号）的规定提供所投设备的医疗器械注册证（如有附表，需提供附表）或产品备案表（如需）（科研设备除外）；

③在“中国执行信息公开网”“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询信用记录，根据财库〔2016〕125 号文件的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的拒绝其参与政府采购活动；③在“中国执行信息公开网”“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询信用记录，根据财库〔2016〕125 号文件的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的拒绝其参与政府采购活动；

④提供菏泽市政府采购供应商资格信用承诺函。

三、获取采购文件：

投标人开标时间前在菏泽市公共资源交易网（<http://hzsjyxx.cn/>）本项目招标公告页面免费下载电子招标文件。

四、提交响应文件截止时间、开标时间及地点

投标截止时间、开标时间：2024-09-09 09:30

开标地点：本项目实行网上远程开标，供应商无需到达开标现场，可自行选择任意地点登录菏泽市公共资源电子交易平台（<http://ggzy.heze.gov.cn>）参加开标。供应商若解密失败或因自身原因无法解密的其责任自行承担。

五、公告期限

招标公告发出之日起 3 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 时间：2024 年 08 月 26 日 08 时 00 分至 2024 年 08 月 30 日 17 时 00 分（北京时间，法定节假日除外）；

2. 地点：中国山东政府采购网、《全国公共资源交易平台（山东省·菏泽市）
<http://111.34.18.28:10000/PortalQDManage/>》、成武县人民政府网均可下载。

3. 方式：供应商请于 2024 年 08 月 30 日 17 时 00 分前，登陆全国公共资源交易平台（山东省·菏泽市），办理信息注册后免费获取竞争性磋商文件。已注册的供应商应按照国家公共资源交易平台（山东省·菏泽市）网上“关于山东省公共资源电子交易平台（菏泽市）政府采购电子交易系统试运行的通知”进行操作。公共资源交易网注册程序：详见 <http://hzsjyxx.cn/> 上关于山东省公共资源电子交易平台（菏泽市）政府采购电子交易系统试运行的通知进行操作。供应商需在提交（上传）响应文件前，办理 CA 证书，并按照供应商操作手册完成。技术支持：0530-5319003。

4. 售价：0

本项目实行网上不见面开标，参与本项目磋商的供应商无需到现场参会，各潜在供应商在开标后 30 分钟内自行在系统内解密，请各供应商务必确认所上传的加密电子响应文件，是否能正常参与开评标活动，若由此造成的一切后果均由各供应商承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

联系人（采购人）：成武县人民医院总医院

地址：成武县普济街 66 号

联系方式：0530-8915153

2. 采购代理机构信息

联系人（代理机构）：方正项目管理集团有限公司

地址：菏泽市人民路数码大厦 A 座五楼

联系方式：15805300616

3. 项目联系方式

项目联系人（代理机构）：李祥

联系方式：15805300616

如有询问，请在菏泽市公共资源交易网（<http://hzsjyzzx.cn/>）本项目采购公告页面在线提交。
询问及答复的内容在上述公告页面查看。

发 布 人：法正项目管理集团有限公司

发布时间：2024-08-23

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	采 购 人：成武县人民医院总医院 地 址：成武县普济街 66 号 联系人：王主任 联系方式：0530-8915153
1.1.3	采购代理机构	名称：法正项目管理集团有限公司 地址：菏泽市人民路数码大厦 A 座五楼 联系人：李经理 联系方式：15805300616
1.1.4	项目名称	成武县紧密型医共体各分院检验设备及配套服务项目
1.2.1	资金来源	自筹资金
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	采购内容	本项目为成武县人民医院总医院紧密型医共体（区域检验中心）各基层医疗卫生机构检验设备采购及配套服务，具体内容详见招标文件第四章《采购内容、设备清单及技术参数》；
1.3.2	供货期限	供货期限为签订合同后 30 个工作日，后续配套服务期限为 5 年；
1.3.3	质量标准	达到国家及行业质量合格标准及采购人要求
1.3.4	供货地点	送达采购人指定地点
1.4.1	资格审查方式	资格后审
1.4.2	供应商资质条件	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：执行落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同微型企业）等政策； 3. 本项目的特定资格要求： ①供应商须满足政府采购法第二十二条规定，具备合法有效的营业执照，且有履行合同所必需的设备和专业技术能力及提供优质售后服务的能力； ②供应商应按照《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第 8 号）的规定提供有效的医疗器械产品经营许可证或经营备案凭

成武县紧密型医共体各分院检验设备及配套服务项目

		证（如需）（科研设备除外）；供应商为医疗器械制造商的，还需提供医疗器械生产许可证（科研设备除外）；（经营范围包括 6840 临床检验分析仪器及体外诊断试剂、6841 医用化验和基础设备器具）；供应商还应按照《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第 4 号）的规定提供所投设备的医疗器械注册证（如有附表，需提供附表）或产品备案表（如需）（科研设备除外）； ③在“中国执行信息公开网”“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询信用记录，根据财库{2016}125 号文件的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的拒绝其参与政府采购活动；③在“中国执行信息公开网”“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询信用记录，根据财库{2016}125 号文件的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的拒绝其参与政府采购活动； ④提供菏泽市政府采购供应商资格信用承诺函。
1.5.1	踏勘现场	不组织，自行勘察
1.6.1	投标预备会	不召开
1.7.1	偏离	不允许
2.2.1	采购人书面澄清修改的时间	采购人对竞争性磋商文件必须修改的内容，如影响到响应文件编制，从澄清或者修改的发出时间到响应文件递交截止时间不得少于 5 日，澄清或者修改内容在原公告发布媒体上发布，作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。
2.2.2	供应商确认收到竞争性磋商文件澄清修改的时间	供应商对竞争性磋商文件提出的澄清要求应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间 5 日前登录全国公共资源交易平台（山东省·菏泽市）http://111.34.18.28:10000/PortalQDManage/网上递交盖章扫描件并通知到采购人或代理机构，采购人或代理机构将视情况确定将不标明问题来源的书面答复在原公告发布媒体上发布。
2.2.3	磋商有效期	从递交报价文件截止之日起 90 日历天
3.3.1	响应文件份数	经过加密的电子版响应文件一份，需在递交截止时间前在全国公共资源交易平台（山东省·菏泽市）http://111.34.18.28:10000/PortalQDManage/上传经 CA 加密的电子响应文件（格式为.WFTF）。
3.4.1	递交响应文件截	时 间：2024 年 09 月 09 日 09 时 30 分（过期不予接收）

成武县紧密型医共体各分院检验设备及配套服务项目

	止时间和地点	地 点：在全国公共资源交易平台（山东省·菏泽市） http://111.34.18.28:10000/PortalQDManage/ 上开标
3.4.2	磋商时间地点及 网上开启	磋商时间：2024年09月09日09时30分 磋商地点：本项目实行网上不见面磋商采购，供应商不再到达开启现场参与磋商会议。会议期间各供应商应保证手机号码畅通，电脑可登录互联网等，因通讯不畅、不能按时解密等原因造成的一切后果由供应商自行承担。
3.4.3	磋商程序	详见竞争性磋商文件
4.1	磋商小组的组建	磋商小组构成：3人。
4.2.1	确定成交候选人	磋商小组推选前三名供应商为成交候选人。
4.2.2	费用承担	本项目采购代理服务费参考原国家计价格【2002】1980号文标准下浮至49%计取，由成交人在领取成交通知书时支付。
5.1.1	采购控制价	本包最高限价为壹佰捌拾万元整(¥1800000.00)元，供应商报价超过项目最高限价的按无效报价处理。本次采购设备不接受供应商无偿提供。为确保设备质量，不得恶意降低价格，不得低于企业成本价，否则其报价无效。 本采购项目进对采购设备进行报价，采购文件要求的其他内容所涉及的其他所有费用均包含在报价中，包括但不限于设备维保、实验室学科建设、信息化建设、区域医学检验中心建设等。 本次采购设备为人民币完税报价。本次采购设备不接受供应商无偿提供。为确保设备质量，不得恶意降低价格。供应商报价低于最高限价70%，有可能因低于成本影响产品质量或者不能诚信履约的，应提供书面说明，必要时提供相关证明材料；供应商的书面证明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物的主营业务成本、税金及附加费用、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效投标处理。 配套试剂耗材价格不能高于省标网价格且仅供参考。非开放试剂具体供应价格与医院集中配送商谈判，谈判成功前暂不供货。
5.2	付款方式	设备：全部设备供货安装调试完毕并验收合格后五年内支付至合同价的95%；剩余合同价款一年后无质量问题一次性无息付清。 试剂耗材：接受按照医院集中配送原则与配送商谈判配送。
6.1.1	解释权	构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除竞争性磋商文件中有特别

		规定外，仅适用于磋商阶段的规定，按磋商公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
7	电子招投标须知	1. 本项目采用“不见面开标”，参与本项目的供应商无需到现场参会，只需提交加密版的电子响应文件，供应商必须自备电脑、CA 准时登录虚拟开标大厅在线参加开标，按系统提示在规定时间内 完成相关事宜。如供应商在解密规定时间内未完成电子标解密操 作，视为放弃该项目报价。 2. 供应商应通过全国公共资源交易平台（山东省·菏泽市）http://111.34.18.28:10000/PortalQDManage/上传经 CA 加密的电子响应文件。在线递交电子 响应文件前，供应商应在交易平台登录页面下方下载投标文件制 作软件工具并安装，供应商应当使用投标文件制作工具及 CA 为 投标文件加密（投标文件制作工具在交易平台登录页面下方下 载），加密时所有响应文件均只能使用同一把企业 CA 证书进行加密，否则引起的解密失败的责任由供应商自行承担。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒绝接收。 3. 供应商须在响应文件递交截止时间前，通过投标文件制作软件生成加密文件，并在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前， 登录全国公共资源交易平台(山东省·菏泽市)http://111.34.18.28:10000/PortalQDManage/递交电子响应文件。供应商在递交响应文件之后、在规定 的响应文件递交截止时间之前，可随时登录全国公共资源交易平 台（山东省·菏泽市）http://111.34.18.28:10000/PortalQDManage/撤回响应文件。需 要补充或修改响应文件时，必须先撤回响应文件，修改后重新递交。重新递交的响应文件应按磋商文件的规定编制和 CA 加密。在响应文件递交截止时间后，不能修改或撤回响应文件。 4. 供应商必须携带 CA 按照磋商文件中规定的时间准时在开标大 厅进行开标。电子开标过程出现故障时，按相关部门的规定处理。 注：供应商在使用电子招投标平台时，如遇交易系统软件操作技 术问题，请联系技术支持：0530-5319003。 5. 若供应商实名认证证书（CA）即将到期或已过期，请确保在磋商开启时实名认证证书(CA)在有效期内，供应商实名认证证书在续期后务必在磋商开启前重新制作和上传电子响应文件， 否则将造成电子响应文件无法进行解密。

成武县紧密型医共体各分院检验设备及配套服务项目

		因供应商以下原因，投标将被拒绝： 1) 提交响应文件截止时间前，供应商未成功上传响应文件的； 2) 对已生成的电子响应文件进行破解、修改、压缩等不当操作，或自备的解密电脑环境配置不当等原因导致无法解密的； 3) 磋商开启时，实名认证证书过期失效、密码丢失，或者供应商实名认证证书在续期后未在磋商开启前重新制作和上传电子响应文件，导致无法解密的。 4) 提交响应文件截止时间后，供应商在规定时长内未能成功解密的。
8	信用评价板块	供应商须在项目开标前，进入菏泽市政采信用管理系统（https://jdpj.hzcz.heze.gov.cn:10001），完成账号注册（已有账号的无需重复注册），登录系统截取当前的信用星级和分数，作为供应商信用情况的参考。在项目评标结束后，供应商需登录菏泽政采信用管理系统，对本次项目的各阶段参与主体完成信用评价并于系统内提交评价结果”。信用系统具体操作步骤详见【菏泽市政采信用管理系统】用户操作手册（https://jdpj.hzcz.heze.gov.cn:10001/user/login）。
9	本项目采购标的所属行业	工业
10	质保期（运维）	五年

1、总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行采购。

1.1.2 本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本项目详细情况：见供应商须知前附表。

1.1.6 本采购项目依据：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本采购项目的出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.3 本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围、供货期和质量要求

1.3.1 本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的供货期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.4 本项目的供货地点：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资质条件、能力（详见供应商资质条件）。

1.4.2 为具有被授予合同的资格，供应商应提供令采购人满意的资格文件，以证明其符合竞争性磋商文件所要求资格和具有履行合同的能力。

1.5 费用

供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论采购结果如何，采购单位对上述费用不负任何责任。

1.6 保密

参与采购活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

本项目采购人不组织踏勘现场。

1.10 投标预备会

不召开。

1.11 偏离

本次采购不允许偏离。

2、竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

- (1) 竞争性磋商公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 评分办法；
- (4) 技术要求；
- (5) 合同条款及格式；
- (6) 响应文件格式。

根据本章第2.2款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2 竞争性磋商文件的澄清

供应商对竞争性磋商文件提出的澄清要求应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间5日前登录全国公共资源交易平台（山东省·菏泽市）<http://111.34.18.28:10000/PortalQDManage/>网上递交盖章扫描件并通知到采购人或代理机构，采购人或代理机构将视情况确定将不标明问题来源的书面答复在原公告发布媒体上发布。

2.3 竞争性磋商文件的修改

采购人对竞争性磋商文件必须修改的内容，如影响到响应文件编制，从澄清或者修改的发出时间到报价截止时间不得少于5日，澄清或者修改内容在原公告发布媒体上并发布，作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

3、响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

- 一、报价一览表
- 二、报价函
- 三、法定代表人身份证明
- 四、法定代表人授权委托书
- 五、分项报价表
- 六、业绩汇总表

七、供货方案

八、设备配套耗材、备品备件等报价表；

九、参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

十、技术偏离表；

十一、商务偏离表

十二、供应商基本情况表

十三、供应商认为有必要提供的其他资料文件。

十四、附件

3.1.2 供应商应使用竞争性磋商文件提供的格式，但表格可以按同样格式扩展。

3.1.3 供应商应认真审阅竞争性磋商文件中所有的供应商须知、合同条款和规定格式。如果供应商编制的响应文件实质上不响应竞争性磋商文件要求，其响应文件将被拒绝。

3.2 报价

本包最高限价为**壹佰捌拾万元整(¥1800000.00)**元，供应商报价超过项目最高限价的按无效报价处理。本次采购设备不接受供应商无偿提供。为确保设备质量，不得恶意降低价格，不得低于企业成本价，否则其报价无效。

本采购项目进对采购设备进行报价，采购文件要求的其他内容所涉及的其他所有费用均包含在报价中，包括但不限于设备维保、实验室学科建设、信息化建设、区域医学检验中心建设等。

本次采购设备为人民币完税报价。本次采购设备不接受供应商无偿提供。为确保设备质量，不得恶意降低价格。供应商报价低于最高限价 70%，有可能因低于成本影响产品质量或者不能诚信履约的，应提供书面说明，必要时提供相关证明材料；供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物的主营业务成本、税金及附加费用、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效投标处理。

配套试剂耗材价格不能高于省标网价格且仅供参考。非开放试剂具体供应价格与医院集中配送商谈判，谈判成功前暂不供应设备。

3.3 磋商有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。

3.4 响应文件的编写

3.4.1 电子响应文件：供应商按照磋商文件的要求编制响应文件，通过菏泽市公共资源投标文件制作工具（投标）制作电子响应文件。

3.4.2 电子版响应文件需进行电子加密，电子加密的方法可参考本磋商文件电子采购须知中所提及的方式进行加密，未加密的响应文件无法在全国公共资源交易平台（山东省·菏泽市）<http://111.34.18.28:10000/PortalQDManage/>进行上传，视为主动放弃本次磋商资格

4、响应文件

4.1 响应文件的递交

4.1.1 各供应商应在本竞争性磋商文件“第二部分供应商须知前附表”规定的递交截止时间前，将加密的电子版响应文件上传至全国公共资源交易平台（山东省·菏泽市）<http://111.34.18.28:10000/PortalQDManage/>。

4.1.2 递交截止时间后递交的响应文件，采购人将依法拒绝接收。

5、报价

5.1 磋商时间和地点

按照竞争性磋商文件规定的时间、地点召开磋商会议。会议由代理机构主持，采购人、供应商和有关方面的代表参加。供应商法定代表人或其授权代理人进入网上开标大厅进行签到以证明其出席。

5.2 磋商程序

主持人按下列程序进行磋商：

- （1）宣布会议纪律；
- （2）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称；
- （3）宣布主持人、唱标人、记录人等有关人员姓名；
- （4）供应商在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前收到的合格响应文件进行解密，解密成功的，予以下发报价一览表，供应商确认信息无误后在报价一览表 进行电子签名确认；
- （5）报价结束，进入评审程序。

网上交易：响应文件在全国公共资源交易平台（山东省·菏泽市）<http://111.34.18.28:10000/PortalQDManage/>虚拟开标大厅开启，请供应商自备操作电脑、CA 参与网上交易，交易活动以数据电文为准。

6、评审

6.1 磋商小组

6.1.1 采购人根据本项目的特点，依照有关法律法规组建磋商小组。

6.1.2 磋商小组将在竞争性磋商文件规定的时间和地点集中与单一供应商分别进行磋商。并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

参加磋商的供应商代表应在网上开标大厅签到证明其出席，如未按时签到，将被视为供应商自动放弃竞争性磋商权利。

6.1.3 磋商过程中，磋商小组成员不得与供应商私下交换意见，并在磋商工作结束后，不得将磋商情况进行泄露。

6.1.4 回避

评审专家不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。

6.2 磋商程序

磋商小组将依照以下程序进行磋商评审，首先对响应文件进行资格性和符合性的初步审查：

6.3 磋商评审

6.3.1 资格性检查

磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对竞争性磋商文件中要求的资格证明文件是否齐全以及证件有效性进行审查，以确定供应商是否具备合格供应商资格。

①营业执照副本；

②供应商应按照《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第8号）的规定提供有效的医疗器械产品经营许可证或经营备案凭证（如需）（科研设备除外）；供应商为医疗器械制造商的，还需提供医疗器械生产许可证（科研设备除外）；（经营范围包括6840临床检验分析仪器及体外诊断试剂、6841医用化验和基础设备器具）；供应商还应按照《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）的规定提供所投设备的医疗器械注册证（如有附表，需提供附表）或产品备案表（如需）（科研设备除外）；

③法定代表人身份证（法定代表人参加的）或法定代表人授权委托书、被授权人身份证（如被授权人参加的）；

④参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑤在“中国执行信息公开网”“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录，根据财库〔2016〕125号文件的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的拒绝其参与政府采购活动；；

⑥财务状况报告，提供本单位2023年度经审计的财务报告或财务报告表；

⑦近6个月内任意一个月缴纳税收的记录并提供纳税凭证或完税证明；

⑧近6个月内任意一个月缴纳社会保障资金的记录并提供缴纳社保票据或社保部门出具的证明，按年度缴纳的投标人须提供近年度的社保票据或社保证明；

⑨菏泽市政府采购供应商资格信用承诺函；

注：本项目资格后审实行合格制，各供应商须将以上资格性审查资料的扫描件附到响应文件中，并加盖单位公章。磋商小组对以上资料进行审查，资格审查时若有一项不合格的均为无效响应文件，证件齐全且合格后，才能参与下一阶段的评审。

参与磋商的供应商以他人的名义参加磋商、串通、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参加

磋商的，该参与磋商的供应商的响应文件将作无效响应文件处理。

6.3.2 符合性检查

依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出报价。与磋商文件有重大偏离的响应文件将被拒绝。

符合性审查的内容包括：

- 6.3.2.1 响应文件内容是否齐全；
- 6.3.2.2 报价超过项目控制价或经磋商小组认定低于成本的；
- 6.3.2.3 是否按照竞争性磋商文件的要求签署、盖章；
- 6.3.2.4 响应文件是否有采购人不能接收的条件；
- 6.3.2.5 其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属报价无效的情形。

6.3.3 与通过初步审查的供应商进行首次磋商

首次磋商内容包括合同内容、报价依据、技术文件的实施方案等。经首次磋商确定最终采购需求后，根据最终采购需求，要求供应商在规定时间内提交最终报价。

6.3.4 经磋商确定实质性响应的供应商后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交第二轮报价（即为最终报价），供应商在最后一轮中的磋商报价不得高于其前轮磋商报价，否则以其前轮报价为最终报价。提交最后报价的供应商不少于 3 家。

6.3.5 由磋商小组依据磋商文件综合评审标准对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

6.3.6 多家供应商所投产品品牌相同的，按照下列情形处理：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的一方为中标候选人；投标报价相同时技术部分得分高的一方为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

7、合同授予

7.1 定标方式

磋商小组推选前三名供应商为成交候选人。

7.2 成交通知

7.2.1 发布成交公告的同时，发布成交通知书。

7.2.2 在本章第 3.3 款规定的磋商有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

7.3 签订合同

7.3.1 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起 10 日内，根据竞争性磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格。

7.3.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

8、重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- （1）报价截止时间止，供应商少于 3 个的；
- （2）经磋商小组评审，合格供应商不足 3 个的，磋商小组应当否决全部报价。

8.2 不再招标

重新招标后供应商仍少于 3 个或者所有供应商被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9、纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通报价或者与采购人串通报价，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“磋商办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次磋商活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10、政府采购政策

（1）促进中小企业发展

按照《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）要求，本项目供应商出具《中小企业声明函》的小微企业报价给予 15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（2）支持监狱企业发展

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）文件规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的

政府采购政策。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

(3) 促进残疾人就业政府采购政策

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141 号文件规定：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

(4) 节能环保

在本次采购活动中，应当优先购买节能、环保产品。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

品目清单从中国政府采购网上查询。中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立与认证结果信息发布平台的链接，方便采购人和采购代理机构查询、了解认证机构和获证产品相关情况。在评审时分别给予节能、环保产品评审价格评审总分值和技术部分总分值加分，强制采购产品除外。

计算方法：

报价部分加分=（价格部分得分）×加分比例（4%）×（节能、环保产品价格 in 报价中所占比例）。

技术部分加分=（技术部分得分）×加分比例（4%）×（节能、环保产品价格 in 报价中所占比例）。

供应商是生产商的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书原件或复印件，供应商是代理商的，须提供生产厂家的节能产品、环境标志产品认证证书原件或复印件，代理机构工作人员将在评审现场通过查询中国政府采购网核实投标人所投产品是否为节能产品、环境标志产品，未按要求提供证书或提供证书不全或中国政府采购网查询无记录的，将不给予加分。**属于政府强制采购的必须提供相应证书，否则按响应无效处理。**（政府强制采购产品是指财政部、发展改革委发布“节能产品政府采购品目清单”中以“★”标注的产品品目的政府强制采购节能产品。属于政府强制采购的必须提供符合要求的产品，否则按响应无效处理。）

第三章 评分办法（综合评分法）

1、评标方法

本次评标采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐前三名成交候选人。综合评分相等时，以最终报价低的优先；最终报价也相等的，按技术部分优劣排序。

2、评审标准

详细评审标准后附。

2.1 初步评审标准

- 2.1.1 形式评审标准：满足竞争性磋商文件。
- 2.1.2 资格评审标准：满足竞争性磋商文件。
- 2.1.3 响应性评审标准：满足竞争性磋商文件。

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 磋商小组依据本章规定的评审标准对磋商文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效报价处理。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其报价作无效报价处理：

- （1）串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的；
- （2）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其报价作无效报价处理。

- （1）文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章规定的量化因素和分值进行评分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.4 评审结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交人外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人。

3.4.2 磋商小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

4、供应商需要注意的其它事项

4.1 供应商应遵守有关法律、法规，不得采取不正当的竞争手段，否则，其后果由供应商自负。

4.2 在磋商会议期间，供应商不得向磋商评审专家询问磋商情况，不得进行旨在影响成交结果的活动，否则，其竞争性磋商无效并追究法律责任。

4.3 本竞争性磋商文件的未尽事项，按现行的有关法律、法规及规章执行。

详细评审标准:

评分因素	评分点	评分标准
价格部分（30分）	报价（设备 30分）	满足招标文件要求且经评审的投标报价最低的报价为评审基准价，投标报价得分为满分。其他供应商的投标报价分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(评审基准价 / 投标报价)×30×100%（保留两位有效数字）。
技术部分（70分）	技术参数（22分）	评审委员会根据各供应商或生产厂家提供的产品质量整体技术性能、产品配置、产品稳定性、维护及其它因素等综合评分，满分 40 分，满足技术要求、技术指标无偏离或正偏离的不加分，技术参数中每有一处不满足的（负偏离），每处扣 1 分。扣完为止，累计最多扣除 22 分。 1、针对设备的技术参数提供相关证明材料（提供厂家技术说明材料或检测报告等证明材料）原件扫描件放入投标文件中，否则不得分。 2、未按要求提供或提供的相关证明材料无法体现相应技术参数要求的为负偏离，视为该项技术参数不满足，按评分标准予以扣分。同一产品针对同一参数不重复扣分。 3、投标人须按文件格式列出投标偏离表，未按要求列出的，本项不得分。投标偏离表中的技术参数响应部分有缺项（填）漏项（填）的，则该项视为不满足采购需求（负偏离），按照评分标准予以扣分。 4、偏离表中任何一项未如实填写的，本项直接评为 0 分。
	设备主要技术指标、性能描述（6分）	根据招标文件要求和响应情况，结合项目需求，对所有供应商产品进行综合对比，综合对比评审内容包括但不限于供应商提供的能体现产品技术指标的相关证明（包括但不限于检测报告、技术规范及标准）或说明材料进行评审。供应商需要结合自身产品特色针对上述内容进行详细描述，评审委员会综合对比，每有一项经对比处于弱势项的，减 0.5 分，减完为止；无相关评分项内容描述不得分。

	项目实施方案 (24 分)	根据供应商①设备供应方案、②试剂耗材供应方案、③设备维保方案、④实验室学科建设、⑤信息化建设、⑥医学检验中心建设等方案进行综合评分：要求方案及技术措施详细、具体、科学、合理、完全满足项目需求；上述六项方案每项方案满分 4 分；经评审，每有一处缺项或不完善或者综合对比处于弱势的扣 0.5 分，扣完为止，无此描述不得分。
	技术培训与支持 (6 分)	对供应商提供的技术培训与支持方案进行评价：有详细的培训方案，免费提供专业技术培训，为采购人培养合格的操作人员，工程师免费上门进行培训，培训方案和技术支持具体且根据项目实际情况有针对性，能够保证操作人员熟练使用的。经评审，每有一处缺项或不完善或者综合对比处于弱势的扣 0.5 分，扣完为止，无此描述不得分。 注：须提供生产厂家的承诺书原件扫描件，否则此项不得分。
	售后服务 (6 分)	根据供应商提供的售后服务方案科学性、合理性等进行综合打分，要求售后服务系统完善、针对性强，综合实力方案科学，每有一处缺项或不完善或者综合对比处于弱势的扣 0.5 分，本项扣完为止。 注：提供生产厂家的售后服务承诺书原件扫描件，否则此项不得分。
	突发事件应急处理措施 (6 分)	根据供应商制定的突发应急事件处理方案进行综合评分：突发事件应急方案步骤；应急措施及手段；应急处理小组人员职责、分工；响应时效及解决方案等内容进行综合评审：经评审，每有一处缺项或不完善或者综合对比处于弱势的扣 0.5 分，扣完为止，无此描述不得分。

第四章 技术要求

采购内容、设备清单及技术参数:

第一部分

（一）设备要求

（1）合同期内，实验室所有设备、设施均由乙方维保（包括乙方授权第三方提供的设备），设备品牌、质量和数量需满足科室需求。

（2）原有设备使用超过 5 年或设备故障率高，根据甲方要求经甲乙双方协商后予以更新。

（3）新添加和更新设备的使用期限单独计算，自设备正常使用之日起计算，使用超过 5 年根据甲方要求更换。

（4）若乙方（包括乙方授权的第三方）所提供维保设备出现质量问题而造成检验结果不准确或无结果，甲方有权要求乙方对院方做出解释，并适时的向患者及家属或社会做出解释并承担经济损失，消除影响。

（5）乙方所供试剂的设备，须每年至少免费进行一次仪器的校验，新设备自安装之日起，须在装机使用 1 个月内进行仪器校验工作（均免费）。校验后的设备须出具正规校验报告，对达不到校验标准的设备，视同设备出现质量问题。

（6）乙方承担甲方实验室设备设施强检工作，每年一次。

（7）乙方提供的所有设备及试剂须通过溯源性认证，出具的溯源性认证报告须得到相关认证机构的认可。如果不能获得认可，医院所做溯源性认证工作所用试剂和耗材费用由乙方负担。

（二）试剂要求

（1）协议期内，乙方负责本项目所有不开放试剂的供应（需符合甲方集中配送协议），乙方保证所供试剂的质量和品牌，应满足科室需要，且为原装试剂，在原装试剂目录不能涵盖所检验项目时，由甲乙双方协商确定试剂品牌。试剂资质齐全，试剂价格另行协商。

（2）乙方所供试剂使用前须进行试剂验证工作，并由乙方出具验证报告，对达不到校验标准的试剂，视同出现质量问题，不能采购使用。

（3）甲方确定试剂、耗材目录后，乙方不能更换。

（4）试剂供应必须及时。在产品出现缺货时，乙方有义务优先保证我院的供应，供应商必须对缺货原因出具书面的官方证明文件且至少提前一周告知院方。

（5）上述所有试剂的供应期限与合同协议期保持一致。

（三）实验室学科建设要求

（1）乙方免费提供相关培训服务。根据国家或者院里相关规定及时培训，可以为医院实验室培养具有诊断资质的医师。

（2）乙方每年外请不少于 2 名知名专家到医院和科室进行授课指导。根据科室工作需要，一年不少于 2 次。

(3) 协助实验室取得相关资质，并开展工作：遗传病、自身免疫、流式细胞、过敏原、分子诊断、艾滋病、性病等相关实验室取得执业资质并通过再次验收。

(4) 合作前期技术与管理方面的人员支持。为确保检验设备正常运行，乙方应选派有一定工作经验的专业技术人员不少于 2 人常驻，负责仪器设备的规范操作、日常巡检、维护、保养等工作。

(5) 乙方无条件提供甲方学术交流支持。

(四) 信息化建设要求：

(1) 乙方根据甲方的实际需求，负责协助甲方完善现有 LIS 系统技术支持，或更换更高品质 LIS 系统直至达到甲方要求，同时负责协助医院 HIS 的顺畅连接与后续的升级并达到甲方的要求。

(2) LIS 系统支持结果报告可打印时短信通知患者并可以网上查询、危急值报告直接联网临床医师手机、具有强大的统计功能（结果延迟率、标本不合格率、容器错误率、报告错误率等质控指标）。

(3) 乙方为甲方搭建设备管理平台，规范指导区域各检验科通过区域检验均质化数字方案进行设备生命周期管理，维护管理，故障管理操作，保证科室设备管理有效性和可记录性，提高设备管理能力和效率。

(4) 乙方为甲方搭建质控平台，通过信息化手段，统一制定区域内检验项目的质量目标，综合管理各卫生机构的质控执行情况。各卫生机构使用统一的室内质控管理流程，实现实时、准确、均质化的全区域质量管理。

(5) 乙方为甲方搭建学习平台，通过信息化系统规范指导管理机构对全区域的检验相关人员进行培训考试的相关操作，保证考试培训过程的有效性和可记录性，均质化提高人员能力，实现高效管理。

(6) 乙方负责甲方输血相关管理系统的建设，包括与医院相关系统的接口工作。

(7) 供应商需提供检验设备 LIS 软件接口技术文件协助设备信息化链接，提供仪器设备及配套试剂的使用培训等，确保实验室符合国家有关规定并能正常运行，满足检验检测及科研的相关要求。

(五) 区域医学检验中心建设要求：

(1) 协议期间，需以甲方为中心，建设区域性的检验诊断中心，共同打造符合成武县区域现状的医疗检验检测中心，为县各级医疗机构临床提供更精准、更规范、更可靠的诊断平台。最终，需覆盖全县所有乡镇基层医疗机构，对接上游资源，实现二级检验诊疗服务。

(2) 中心建设目标：

1) 集约化：统一方法学，统一标准；优化资源，集中检测；

2) 信息化：共享区域检验信息平台，实现中心实验室与区域医院的网络信息共享；智能物流管理系统，包括 GPS 定位、物流示意平台、冷链监测系统模块、物流管理系统模块等，以上均由乙方负责承建。

(3) 供应商根据区域检验中心结果互认需求提供检验设备满足质控管理可视可查，助力紧密型医共体检验结果互认；供应商根据基层检验人员学习需求提供相应免费学习软件，助力基层检验人员能力提升；供应商根据相关规定定期对仪器设备进行检定、检测、校准、稳定性测量和保养。

(六) 供货（服务）期限

供货期限为签订合同后 30 个工作日，后续配套服务期限为 5 年。

第二部分

(一) 采购设备货物清单

序号	设备名称	数量	备注
1	全自动血液分析仪	12	
2	全自动生化分析仪	4	可联机
3	全自动生化分析仪	6	800速
4	全自动生化分析仪	4	400 速
5	全自动化学发光分析仪	6	
6	全自动化学发光分析仪	4	可联机
7	全自动凝血分析仪	10	
8	全自动凝血分析仪	4	

(二) 设备技术要求

1、设备名称：全自动血液分析仪

1.1 设备数量：12 台

1.2 技术要求：

- 1) 检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫散射比浊法进行 C-反应蛋白（CRP）测定；
- 2) 分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道；
- 3) 检测参数：≥26 项可报告参数（不含散点图和直方图）；
- 4) 研究参数：≥12 项，包括中性粒细胞和淋巴细胞比值、血小板和淋巴细胞比值、大红细胞、小红细胞、异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞等；
- 5) 检测模式：具有 CBC、CBC+DIFF、CBC+DIFF+CRP、CBC+CRP、CRP 等 5 种及以上全血检测模式；
- 6) 进样方式：全自动进样，单管封闭进样；急诊位有单管封闭进样仓，有效降低生物污染风险；
- 7) 进样器容量：≥38 个；
- 8) 进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式；
- 9) 样本用量：五分类+CRP 模式≤38 μl，CRP 模式≤20 μl；
- 10) 检测速度：五分类+CRP 模式≥50 个样本/小时；
- 11) 预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP 功能；
- 12) 线性范围：WBC：0~400×10⁹/L，PLT：0~4900×10⁹/L，HGB：0~250g/L；

- 13) CRP 线性范围: 0.3~310mg/L;
- 14) CRP 试剂包装规格按人份数注册;
- 15) 全血 CRP 检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰;

2、设备名称: 全自动生化分析仪

2.1 设备数量: 4 台

2.2 技术要求:

- 1) 检测速度: 生化比色分析恒速 ≥ 800 测试/小时; 支持全中文触摸屏操作系统;
- 2) 支持模块拓展提升速度, 可级联 800 速生化组成高速生化流水线;
- 3) 温控方式: 支持水浴或固体直热恒温, 控温均匀, 控温精度要求达到 $37^{\circ}\text{C} \pm 0.1^{\circ}\text{C}$;
- 4) 同时在线分析项目: 同时在线分析项目 ≥ 65 个;
- 5) 反应位: ≥ 160 个, 比色杯光径 $\leq 5\text{mm}$, 比色杯支持单个更换;
- 6) 吸光度线性范围: 0-3.4ABS;
- 7) 试剂位: ≥ 115 个, 具备 24 小时 $2-8^{\circ}\text{C}$ 冷藏功能;
- 8) 进样方式: 圆盘进样方式, 智能灵活, 样本位 ≥ 400 个;
- 9) 试剂量: 15-350ul, 1ul 步进;
- 10) 最小反应体积 $\leq 110\text{ul}$;
- 11) 清洗系统: 全自动温水清洗反应杯;
- 12) 分注定量系统: 高耐磨陶瓷芯分注泵, 不需要频繁定期更换注射器;
- 13) 交叉污染率: $\leq 0.05\%$;

3、设备名称: 全自动生化分析仪

3.1 设备数量: 6 台

3.2 技术要求:

- 1) 仪器测试速度: ≥ 800 测试/小时 (不包含 ISE);
- 2) 试剂位: ≥ 178 个;
- 3) 试剂可用体积: 10 微升-200 微升, 0.5 微升步进;
- 4) 样本类型: 血清/血浆/尿液;
- 5) 样本位置: 样本位 ≥ 189 个;
- 6) 样本体积: 1.5 - 35ul, 0.1 ul 步进;
- 7) 糖化血红蛋白测量: 样本自动处理, 使用全血;
- 8) 进样方式: 圆盘式进样方式;
- 9) 反应杯: 半永久性使用树脂杯, 同时应可选择性提供玻璃材质反应杯;
- 10) 反应杯数量: ≥ 160 个 (不含软件扩展位);

- 11) 反应体积：最小反应量： $\leq 90\mu\text{l}$ ；
- 12) 温控方式：非水浴，控温精度要求达到 $37\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ，免维护保养；
- 13) 仪器波长：波长数量 ≥ 13 个；范围 340–850nm；
- 14) 吸光度线性范围：线性范围：0–3.5Abs；

4、设备名称：全自动生化分析仪

4.1 设备数量：4 台

4.2 技术要求：

- 1) 仪器类型：随机任取、分立式全自动生化分析仪；
- 2) 分析速度：比色恒速 $\geq 410\text{T/H}$ ，选配 ISE 速度 $\geq 610\text{T/H}$ ；
- 3) 最大可同时分析项目： >90 个；
- 4) 分析方法：终点法、固定时间法、动力学法，支持 1–4 试剂项目；
- 5) 样本量： $1.5\mu\text{L}\sim 45\mu\text{L}$ ， $0.1\mu\text{l}$ 步进；
- 6) 糖化血红蛋白测量：样本自动处理，使用全血；
- 7) 进样方式：圆盘式进样方式；
- 8) 试剂位 ≥ 90 个；
- 9) 试剂盘制冷温度： $2\sim 8^{\circ}\text{C}$ ；
- 10) 试剂量： $10\mu\text{L}\sim 200\mu\text{L}$ ， $0.5\mu\text{l}$ 步进；；
- 11) 搅拌杆 ≥ 2 个，8 阶段清洗反应杯；
- 12) 反应杯位 ≥ 90 个（不含软件扩展位），半永久性使用树脂杯，同时应可选择性提供玻璃材质反应杯，光径 5mm；
- 13) 温控方式：非水浴，免维护保养；
- 14) 波长 ≥ 12 个；范围 340–800nm；
- 15) 具有酶线性拓展功能；

5、设备名称：全自动化学发光分析仪

5.1 设备数量：4 台

5.2 技术要求：

- 1) 全自动随机任选分立式；急诊优先检测；
- 2) 最大测试速度 $\geq 230\text{T/H}$ ；
- 3) 仪器测试原理：辉光型化学发光；
- 4) 进样轨道：前置式轨道三线多通道，随时连续进样，支持自动重测；
- 5) 样本装载：样本放入区可同时装载 ≥ 280 个样本；
- 6) 条码扫描：在仪器内部样本条码扫描需要内置标配；

- 7) 样本针：具有钢针加样，具液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测功能；
- 8) 样本针清洗方式：瀑布式真空气吸清洗；
- 9) 样本针携带污染率 $<0.1\text{PPM}$ ；
- 10) 试剂位：试剂位 ≥ 34 个， $2-8^{\circ}\text{C}$ 不间断冷藏；
- 11) 试剂针：具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能；
- 12) 反应盘恒温装置：恒温槽固体直热，日常免维护保养；
- 13) 拓展功能：与同品牌全自动生化仪联机；
- 14) TSH 满足功能灵敏度 $\leq 0.02\text{mIU/mL}$, HIV 可进行抗原抗体联合检测；
- 15) 认证情况：仪器及试剂、相关消耗品等都具有 CFDA 认证；

6、设备名称：全自动化学发光分析仪

6.1 设备数量：6 台

6.2 技术要求：

- 1) 可在机混用不同大小的样品杯、原始样品管、带条形码和无条形码的原始样品管；
- 2) 采用轨道进样，可一次性进样 ≥ 58 个样本，支持随时连续进样，支持自动重测
- 3) 仪器测试速度要求： ≥ 178 测试/小时；
- 4) 试剂位： ≥ 23 个冷藏试剂位，并能够进行 $2-8^{\circ}\text{C}$ 不间断冷藏
- 5) 试剂完整性控制：条形码试剂鉴别，自动存量追踪和标记，校准有效性追踪和标记，试剂有效期追踪和标记
- 6) 反应杯：为独立的单管设计，一次性使用。一次性可至少放置 95 个反应杯，并可随时添加。
- 7) 检测项目： ≥ 49 种试剂项目，具有甲状腺功能、性腺激素、肿瘤、传染病、心肌、糖尿病、骨代谢、贫血等检测
- 8) 能够进行传染病项目的检测，其中 HIV 为第四代产品，抗原抗体联检，乙肝表面抗原和抗体定量检测，乙肝表面抗原可溯源至 WHO 第二代国际标准单位，更准确；

7、设备名称：全自动凝血分析仪

7.1 设备数量：10 台

7.2 技术要求：

- 1) 检测原理：双磁路磁珠法、免疫比浊法；
- 2) 最大速度 $\geq \text{PT } 190 \text{ T/h}$ ；
- 3) 凝固法检测通道双磁路磁珠法 4 个；
- 4) 免疫比浊法检测通道 3 个独立通道；
- 5) 预温通道 ≥ 10 个；
- 6) 急诊位急诊样本任意插入，优先检测；

- 7) 标本位 ≥ 58 个;
- 8) 试剂位 ≥ 10 个,均带LED指示灯,带试剂冷藏;
- 9) 测试杯 ≥ 800 个含钢珠测试杯自动单个连续导入;
- 10) 加样系统双加样针:试剂和样本均带液位检测,试剂针带恒温控制;
- 11) 自动稀释样本自动稀释,异常标本自动重发试验;
- 12) 自动定标定标曲线,多点定标机内自动完成倍比稀释;

8、设备名称:全自动凝血分析仪

8.1 设备数量:4台

8.2 技术要求:

- 1) 检测原理采用双磁路磁珠法、免疫比浊法、发色底物法进行检测;
- 2) 测试项目:PT、APTT、TT、Fib、FDP、D-Dimer、AT-III、凝血因子等;
- 3) 最大速度:双磁路磁珠法 ≥ 300 T/h;免疫比浊法 ≥ 80 T/h;
- 4) 综合测速:综合四项(PT/APTT/TT/Fib) ≥ 55 样本/小时;综合五项(PT/APTT/TT/Fib/D-Dimer) ≥ 40 样本/小时;
- 5) 检测通道:双磁路磁珠法4个;免疫比浊法5个;发色底物法1个;各种方法学检测通道互相独立,可各自同时进行测试;
- 6) 样本位 ≥ 78 个样本位,采用Rack架抽拉式进样;具有进样到位提示功能;
- 7) 样本扫描:具有内置条码扫描装置,进样时即时扫描标本信息;
- 8) 预温位 ≥ 15 个预温位,开机升温快速、并能保持温度稳定;
- 9) 试剂位 ≥ 26 个试剂位,具有试剂搅拌和试剂冷藏功能;
- 10) 加样针:双针加样,样本针和试剂针独立运行;样本针及试剂针具有防撞和液面感应检测功能;试剂针具有加热功能,能实现自动补偿温度;
- 11) 急诊检测:具有两种急诊检测方式:具有3个专用急诊位,并且任意已放入标本可设成急诊;
- 12) 样本杯:1000个样本杯自动导入,每次独立导入单个样本杯;
- 13) 数据传输:支持LIS/HIS双向通讯;

核心产品:全自动生化分析仪(可联机)、全自动化学发光分析仪(可联机)

踏勘现场:由于本项目涉及基层医疗卫生机构范围广,项目复杂,要求供应商在投标前自行踏勘现场,

联系人:邵主任 18678563317。

因未踏勘现场造成的一切后果由投标人自行承担。

第五章 合同条款及格式

采购合同

项目名称: _____

采购编号: _____

甲 方: _____

乙 方: _____

签订时间: _____

采购合同

采购单位：成武县人民医院总医院（甲方）

供货单位：（乙方）

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

- 1、招标文件
- 2、中标单位投标文件
- 3、中标通知书
- 4、中标单位在评标过程中做出的书面澄清或承诺
- 5、本合同附件

二、货物（设备）的名称、规格/型号、品牌、单位、数量等

序号	名称	规格/型号	品牌	单位	数量	价格
1						
...						
最终总价	金额（大写）					

其他合同内容：_____

三、合同金额

合同总金额：

人民币（小写）：_____ 元

人民币（大写）分项价格见附件

四、货款支付

1、付款途径：

☐财政拨款：_____ 元

☐财政专户：_____ 元

☐自筹资金：_____ 元

2、付款方式：_____。

五、合同期限

1、合同履行期限：_____。

2、合同履行地点：甲方指定地点

3、合同履行方式：乙方将设备运抵现场，并负责安装、调试、试运行、维保、培训、技术支持、售后服务等，有关费用由乙方承担。其他配套服务由乙方根据招标文件、投标文件等规定执行。

六、质量

质保期：_____。

产品的质量（服务的质量）应符合招标文件、投标文件及乙方在评审过程中做出的书面澄清及承诺。

七、包装

产品的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护产品安全、完好的包装方式。

八、运输要求

1、运输方式及线路：_____。

2、运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用产品或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

1、货物到达交货地点交付前，由甲方和乙方在三十个工作日内共同组织相关人员检验货物的质量和使用情况等状况，如需要安装、调试，则由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合，安装调试后三十个工作日内，甲、乙双方授权代表应按照合同要求验收，并共同在《项目验收单》上签字确认。

2、对货物的质量问题，甲方应在发现和应当发现之日起三十个工作日内向乙方主张权利。如果乙方在投标文件及评审过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

3、经双方共同验收，货物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同。

十一、售后服务和其他配套服务

1、乙方应按招标文件、投标文件及乙方在评审过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、其他配套服务内容：见附件

十二、合同生效

本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

十三、违约条款

1、除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限和内容、地点和方式履行，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务（或货物）合同价格的1%计算；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权要求乙方支付违约金或扣除应付设备采购款的同时，书面通知乙方。

2、除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人签订合同、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同。

3、除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何

权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

4、如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

十四、不可抗力条款

甲、乙方中任何一方因不可抗力不能及时履行或完全履行合同时，应及时通知对方和鉴证方，并在 5 天内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决并报鉴证方，但确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

十五、争议的解决方式

合同发生纠纷时甲、乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。协商不成可提交当地仲裁委员会仲裁；仲裁无法解决的，任何一方均可向合同履行地人民法院起诉。

十六、其他条款

1、所需的有关运输和保险的一切费用由乙方承担。

2、根据国家现行税法征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3、本项目为交钥匙工程，供应商的报价应符合招标文件要求的全费用报价。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。成交价格一旦确定，合同价款采用固定总价合同，并考虑在合同实施期间不因市场、政策的变化而变动。合同履约期间不再调整。如果中标单位投标文件内有缺报、漏报的费用，应视为已经分摊在其他费用中，不再支付任何费用。

十七、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同第十二条的规定。

十八、合同保存

本合同一式七份，甲方四份，乙方二份，交易中心备案一份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章） 法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

地址：

地址：

联系人和电话：

联系人和电话：

邮箱：

邮箱：

开户单位：

开户单位：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

本合同签订时间：

本合同签订时间

附件：

- 1、附售后服务承诺
- 2、最终报价总价及分项报价单
- 3、其他材料

第六章 响应文件格式

_____（项目名称）

项目编号：_____

响 应 文 件

供应商名称：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

地 址：_____

联系方式：_____

_____年_____月_____日

注：本部分响应文件格式仅供参考，供应商可根据自身情况调整

目 录

- 一、报价一览表
- 二、报价函
- 三、法定代表人身份证明
- 四、法定代表人授权委托书
- 五、分项报价表
- 六、业绩汇总表
- 七、实施方案
- 八、设备配套耗材、备品备件等报价表；
- 九、参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
- 十、技术偏离表；
- 十一、商务偏离表
- 十二、供应商基本情况表
- 十三、供应商认为有必要提供的其他资料文件。
- 十四、附件

一、报价一览表

项目名称		
供应商名称		
首次公开总报价 (元)	大写	
	小写	
供货期限		
质保期		
对磋商文件 是否认同		
备注		

注：本表放在响应文件的第一页，报价保留两位小数。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

二、报价函

_____(采购人名称):

1. 我方已仔细研究了_____ (项目名称) 竞争性磋商文件的全部内容, 愿意以人民币 (大写) _____ 元 (¥ _____) 的总报价, 按合同约定实施和完成本项目, 质量标准达到_____。

2. 我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销响应文件。

3. 如我方成交:

(1) 我方承诺在收到成交通知书后, 在成交通知书规定的期限内与你方签订合同;

(2) 如果我单位的响应文件被接受, 我单位将履行磋商文件中规定的每一项要求, 按期、按质、按量完成供货任务;

(3) 同意按磋商文件中的规定, 本报价的有效期为 90 天;

(4) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

5. 我方在此声明, 所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6. _____ (其他补充说明)。

供应商名称: _____ (盖单位章)

法定代表人或委托代理人: _____ (签字或盖章)

日期: 年 月 日

三、法定代表人身份证明

供应商名称：_____
单位性质：_____
地 址：_____
成立时间：_____年_____月_____日
经营期限：_____
姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____
系_____（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。

附法定代表人身份证复印件

供应商名称：_____（盖单位章）

日期：年 月 日

四、法定代表人授权委托书

_____(采购人)_____:

我_____(姓名)系_____(供应商名称)法定代表人,现授权委托我公司的_____(姓名、职务或职称)为我公司本次_____项目的授权代表,代表我方办理本次磋商、签约等相关事宜,签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

委托期限:_____。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权撤销而失效。

授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书自_____年___月___日签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及授权代表身份证复印件)

授权代表姓名(签字或盖章):

性 别:

年 龄:

部 门:

职 务:

供应商名称: _____ (公章)

法定代表人: _____ (签字或盖章)

日 期: 年 月 日

五、分项报价表

序号	名称	规格/型号	品牌	单位	数量	单价	合价 (单价×数量)
1							
2							
3							
4							
5							
...							
总报价 (元)							

注：1、如上表中有关费用供应商免费提供，请注明“免费”字样；
2、格式可以修改、可以扩展。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

六、业绩汇总表

项目业绩汇总表并附证明材料（格式自拟）。

七、实施方案

格式自拟

八、设备配套耗材、备品备件等报价表（如有）

单位：元

包号	货物名称	品牌	型 号 (详细配置)	制造商 (产地)	数量	单价	总价	备注

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

注：本表可根据实际情况填写，可以修改或扩展。

九、参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明函

致_____（采购人/采购代理机构）：

我公司在参加_____（项目名称）（项目编号：_____）项目投标活动中，作出如下承诺：

- 一、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 二、未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为；
- 三、提供的相关文件均真实、有效。若发现我方存在上述问题，愿按照政府采购相关规定接受处罚，列入政府采购黑名单并处相应罚款。

特此声明。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

十、技术偏离表

序号	名称	磋商文件要求	报价响应	偏离	说明
1					
2					
3					
4					
5					
6					
.....					

注：本表按竞争性磋商文件技术要求，供应商自行作出响应。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

十一、商务偏离表

序号	采购文件条款		响应文件条款	
	条款号	条款内容	条款号	条款内容
1				
2				
3				
4				
5				
6				
...				

注：本表按竞争性磋商文件技术要求，供应商自行作出响应。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

十二、供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名					
技术负责人	姓名					
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级				注册资金		
营业执照号				开户银行		
账号						
经营范围						

注：此表后附资格后审资料扫描件。

十三、供应商认为有必要提供的其他资料文件

十四、附件

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（项目名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为___万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2.（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为___万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

残疾人福利性单位声明函(残疾人福利性单位提供)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：年 月 日

注：非残疾人福利性单位可不提供此表，也不在评审范围之内。

监狱企业证明材料

（若企业非监狱企业，则不需填写）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：非监狱企业可不提供此表，也不在评审范围之内。

供应商名称：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：年 月 日

环境产品报价说明表（如有）

序号	品目名称	型号/规格	中国环境标志 认证证书编号	数量	单价 (元)	合价 (元)
1						
2						
3						
...						
总价（元）						

说明：1. 后面附：财政部、国家发改委最新公布的节能产品政府采购清单复印件。

2. 如所投产品为节能产品，须按规定格式逐项填写。

3. 必须如实填写，如有虚假，则不予认定。

4. 非节能产品可不提供此表，也不在评审范围之内。

供应商名称：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

节能产品报价说明表（如有）

节能产品报价明细						
序号	品目名称	型号/规格	节能标志认证证书号	数量	单价（元）	合价（元）
1						
2						
节能产品总价（元）						

注：1. 后面附：财政部、国家发改委最新公布的节能产品政府采购清单复印件。2. 如所投产品为节能产品，须按规定格式逐项填写。

3. 必须如实填写，如有虚假，则不予认定。

4. 非节能产品可不提供此表，也不在评审范围之内

供应商名称：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

附件：

菏泽市政府采购供应商资格信用承诺函(法人或其他组织)

我公司自愿参加_____ (项目名称) 政府采购活动，并郑重承诺：

我公司符合下列要求：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加政府采购活动(以开启时间为准)前3年内，供应商和其法定代表人无行贿犯罪行为且在经营活动中没有重大违法记录以及本项目开启时未被禁止参加本项目所在地的政府采购活动的证明材料；

- (6) 法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

如果我公司中标(成交)，将在评审(评标)环节结束后5个工作日内，按采购文件要求，向采购人提供下列材料原件进行核验：

- (1) 营业执照或事业单位法人登记证书；

(2) 税务登记证(接受合一的证书)或者上一年度以来任意一个月缴纳的增值税或营业税或企业所得税的凭据；

(3) 参加本次政府采购活动上一年度至今的年度或任意一个月度财务报表(至少包含资产负债表和损益表或预算收入支出表)或供应商结算户银行出具的资信证明；

(4) 参加本次政府采购活动上一年度以来任意一个月缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单)；

- (5) 其他材料。

本公司对上述承诺的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人(签字或盖章)：

社会信用代码：

供应商名称：_____（盖单位章）

年 月 日

菏泽市政府采购供应商资格信用承诺函(自然人)

本人自愿参加_____ (项目名称) 政府采购活动，并郑重承诺：

本人符合下列要求：

- (1) 为完全民事行为能力人，可以独立实施民事法律行为；
- (2) 具有良好的银行资信证明；
- (3) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

如果本人中标(成交)，将在评审(评标)环节结束后 5 个工作日内，按采购文件要求，向采购人提供下列材料原件进行核验：

- (1) 身份证；
- (2) 参加本次政府采购活动前一年内中国人民银行出具的征信证明；
- (3) 参加本次政府采购活动上一年度以来任意一个月缴纳的增值税或营业税或企业所得税的凭据；
- (4) 参加本次政府采购活动上一年度以来任意一个月缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单)，如自然人已达到退休年龄的本项资料无需提供；
- (5) 其他材料。

本人对上述承诺的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

自然人姓名(签字或盖章)：

身份证号：

年 月 日